



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

"A Tipi" Muayene Kuruluşu olarak faaliyet gösteren,

**PROKAL MEDİKAL KALİBRASYON TEST DENEY MUAYENE SAĞLIK DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Merkez Adres: FİNANSKENT MAH. FİNANS CAD. SARPHAN FİNANS PARK A BLOK No:5 A/78 ÜMRANİYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17020:2012 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0853-M

Akreditasyon Tarihi : 16.01.2026

Revizyon Tarihi / No : 16.01.2026 / 00

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde 16.01.2030 tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17020 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0853-M	PROKAL MEDİKAL KALİBRASYON TEST DENEY MUAYENE SAĞLIK DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0853-M Revizyon No: 00 Tarih: 16.01.2026 "A Tipi" Muayene Kuruluşu Adresi : FİNANSKENT MAH. FİNANS CAD. SARPHAN FİNANS PARK A BLOK No:5 A/78 ÜMRANIYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +90 216 378 5544 Fax : - E-Posta : info@prokalmedikal.com Web Sitesi : www.prokalmedikal.com
--	---

Tıbbi Görüntüleme ve Tedavi Sistemleri		
Muayene Alanı	Muayene Türü	Standart / Şartname
Bilgisayarlı Radyografi (CR) Okuyucusu	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) TS EN 61223-3-1 TS EN 60336 TS EN 60601-1-3 TS EN 60601-2-54 TS EN 62220-1 AAPM Report 74
Radyografik Ekranlar	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) IPEM Report 91
Bilgisayarlı Radyografi (CR) Kasetleri	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06)
Dijital Radyografi (DR)	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) AAPM Report 74 TS EN 61223-3-1 TS EN 60601-2-54 TS EN 62220-1
Mamografi (Dijital)	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06)
Floroskopi-Florografi	• 28.A. Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) AAPM Report 74 TS EN 60336 TS EN 61223-3-1 TS EN 62220-1
Bilgisayarlı Tomografi (BT)	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) AAPM Report 39 TS EN 61223-2-6 TS EN 60336 TS EN 60601-2-44
İntra-Oral Dental Radyografi (Konvansiyonel, Dijital)	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06)
Panoramik/Selfalometrik Dental Radyografi	• 28.A. Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06)
Dental Bilgisayarlı Tomografi	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06)



Akreditasyon Kapsamı

 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0853-M	PROKAL MEDİKAL KALİBRASYON TEST DENEY MUAYENE SAĞLIK DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No : AB-0853-M Revizyon No: 00 Tarih: 16.01.2026 "A Tipi" Muayene Kuruluşu Adresi : FİNANSKENT MAH. FİNANS CAD. SARPHAN FİNANS PARK A BLOK No:5 A/78 ÜMRANIYE/İSTANBUL İstanbul / Türkiye Telefon : +90 216 378 5544 Fax : - E-Posta : info@prokalmedikal.com Web Sitesi : www.prokalmedikal.com
---	--

Kemik Mineral Densitometresi	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06)
Gama Kamera (SPECT Özelliği Olmayan Gama Kameralar)	• 28.A. Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) IAEA TECDOC-602 IAEA Quality Control Atlas for Scintillation Camera Systems AAPM Report No:177
Bilgisayarlı Tek Foton Emisyon Tomografisi (SPECT)	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) IAEA TECDOC-602 IAEA Quality Control Atlas for Scintillation Camera Systems AAPM Report No:177
Bilgisayarlı Tek Foton Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi (SPECT/CT)	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) IAEA TECDOC-602 IAEA Quality Control Atlas for Scintillation Camera Systems AAPM Report 39 TS EN 61223-2-6 TS EN 60336 TS EN 60601-2-44 AAPM Report No:177
Doz Kalibratörü	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) IAEA TECDOC-602
Gama Probe Sistemi	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) IAEA TECDOC-602
Lineer Hızlandırıcı	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) IAEA TRS 398
Tedavi Sistemleri Görüntüleme Bileşenleri	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06)
BT-Tedavi Simülâtörü	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi Grubu Tıbbi Cihazların Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkında Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-06) AAPM Report 39 TS EN 61223-2-6 TS EN 60336 TS EN 60601-2-44
Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme	Periyodik Muayene (Kalite Kontrol)	Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yürütülecek Test, Kontrol ve Kalibrasyon Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz (TCS-KLVZ-05) ACR MRI QC Manual AAPM Report 28 AAPM Report 34 AAPM Report 100 NEMA MS-1:2008 NEMA MS-5:2010 TS EN 62464-1

